



Серія АА

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 007336

№ **ОВ 030064**

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код 21721086

Видана

**КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»
(Центр легеневого здоров'я)**

79066, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 477

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

Ідентифікаційний код юридичної особи

01998147

На право провадження
діяльності

**використання джерел іонізуючого
випромінювання**

(вид діяльності)

Місце провадження діяльності

згідно з розділом 2

(адреса місця провадження діяльності суб'єкта або адреси його територіально відокремлених підрозділів, за якими провадиться діяльність)

Перелік документів, на підставі яких прийнято
рішення про видачу ліцензії

згідно з розділом 1

Технологічні процеси або види господарської
діяльності, в яких використовуються джерела
іонізуючого випромінювання

діагностична радіологія

Умови провадження діяльності

згідно з розділом 2

Дата видачі ліцензії

01 липня 2009 р.

Дата переоформлення

01 вересня 2022 р.

Строк дії ліцензії

з 01 липня 2009 р. до 01 липня 2027 р.

**Виконуючий обов'язки Голови —
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**

М.П.



Олег КОРИКОВ

Ліцензія переоформлена на новому бланку з урахуванням змін:

від 27 червня 2012 р., строк дії ліцензії продовжено на 5 років (до 01.07.2017);
від 29 червня 2017 р., строк дії ліцензії продовжено на 5 років (до 01.07.2022);
від 15 березня 2019 р., від 30 березня 2021 р., від 15 липня 2021 р.,
від 01 вересня 2022 р., строк дії ліцензії продовжено на 5 років (до 01.07.2027).

**Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**

**Олег КОРИКОВ****ВНЕСЕННЯ ЗМІН:**

Зміна № 1 внесена 11 листопада 2022 р.

**Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**

**Олег КОРИКОВ**

Зміна № 2 внесена 14 січня 2023 р.

**Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**

**Олег КОРИКОВ**

Зміна № 3 внесена 30 листопада 2023 р.

**Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**

**Олег КОРИКОВ**



Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) має здійснюватися ліцензіатом згідно з Вимогами та умовами безпеки (ліцензійними умовами) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затвердженими наказом Держатомрегулювання України від 02 грудня 2002 р. № 125, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 р. за № 978/7266.

Розділ 1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії

- 1.1. Заяви (вх. Західної держінспекції від 29.04.2009 № 250, від 07.05.2012 № 415; вх. Держатомрегулювання від 23.05.2017 № Л 319, від 07.02.2019 № Л 151, від 23.03.2021 № Л 583, від 27.05.2021 № Л 992, від 27.06.2022 № Л 619) та подані разом з ними документи.
- 1.2. Рішення: протокол засідання Ліцензійної комісії Держатомрегулювання від 01.07.2009 № 28/2009, протокол засідання Ліцензійної комісії Західної держінспекції від 27.06.2012 № 19/2012.
- 1.3. Накази Держатомрегулювання від 29.06.2017 № 234, від 15.03.2019 № 115, від 30.03.2021 № 179, від 15.07.2021 № 426, від 01.09.2022 № 530.

Розділ 2. Умови провадження діяльності

- 2.1. Цією ліцензією дозволяється використання генеруючих ДІВ у межах зазначених нижче параметрів:

- 2.1.1. Місце провадження діяльності - Центр легеневого здоров'я (79066, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 477):

- 1) система рентгенівська діагностична HF 51 з системою цифрової радіографії, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., стаціонарне відділення, рентген-кабінет, другий поверх;
- 2) система флюороскопічна/радіографічна APOLLO EZ DRF, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., стаціонарне відділення, рентген-кабінет, другий поверх;
- 3) рентгенографічна система MOVIPLAN, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., поліклінічне відділення, рентген-кабінет, перший поверх;
- 4) система рентгенівська діагностична мобільна MAC, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, 1 од., реанімаційне відділення, перший поверх;
- 5) мобільна рентгенівська система JADE-40, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, 1 од., стаціонарне відділення, другий поверх;
- 6) мобільна рентген система IMAX 101A, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, 2 од., стаціонарне відділення;
- 7) мобільна рентген система IMAX 1010V, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, 1 од., стаціонарне відділення;
- 8) комп'ютерний томограф Aquilion Prime SP 160-зрізовий TSX B/1C, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ, 1 од., стаціонарне відділення, перший поверх.

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ, зазначеними у підпунктах 1-8: експлуатація, зберігання.

- 2.1.2. Місце провадження діяльності - амбулаторно-поліклінічне відділення з лікування хворих на туберкульоз Центру легеневого здоров'я (80100, Львівська обл., місто Червоноград, ВУЛИЦЯ ЛЕМКІВСЬКА, будинок 56):

- 1) комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Рентген-40, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., рентген-кабінет, перший поверх.

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: експлуатація, зберігання.

Зміна № 1

1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про внесення змін до ліцензії:

- 1.1. Заява (вх. Держатомрегулювання від 18.10.2022 № Л 1158) та подані разом з нею документи.
- 1.2. Наказ Держатомрегулювання від 11.11.2022 № 669.

2. Зміни, що вносяться до ліцензії:

2.1. У розділі 2:

частину першу пункту 2.1.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«9) комплекс рентгенівський діагностичний **KPD-50 INDIAscan-01** встановлений на шасі транспортного засобу Volkswagen Crafter 35 модель Kasten LR HD, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ, 1 од.»;

частину другу пункту 2.1.1 викласти в такій редакції:

«При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ:
 зазначеними в підпунктах 1-8: **експлуатація, зберігання;**
 зазначеним в підпункті 9: **отримання (придбання), зберігання.»;**

доповнити новим пунктом 2.2 такого змісту:

«2.2. Ліцензіату дозволяється експлуатація ДІВ, зазначеного у підпункті 9 пункту 2.1.1, після підтвердження спроможності здійснювати такий вид робіт та внесення відповідних змін до ліцензії.».

**Виконуючий обов'язки Голови –
 Головного державного інспектора
 з ядерної та радіаційної безпеки України**

Олег КОРИКОВ

11 листопада 2022 року



Зміна № 2

1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про внесення змін до ліцензії:

- 1.1. Заява (вх. Держатомрегулювання від 18.11.2022 № Л 1329) та подані разом з нею документи.
- 1.2. Наказ Держатомрегулювання від 14.01.2023 № 22.

2. Зміни, що вносяться до ліцензії:

2.1. Розділ 2 викласти в такій редакції:

«Розділ 2. Умови провадження діяльності**2.1. Цією ліцензією дозволяється використання генеруючих ДІВ у межах зазначених нижче параметрів:****2.1.1. Місце провадження діяльності: Центр легеневого здоров'я (79066, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 477):**

- 1) система рентгенівська діагностична **HF 51** з системою цифрової радіографії, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, **1 од., стаціонарне відділення, рентген-кабінет, другий поверх;**
- 2) система флюороскопічна/радіографічна **APOLLO EZ DRF**, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, **1 од., стаціонарне відділення, рентген-кабінет, другий поверх;**
- 3) рентгенографічна система **MOVIPLAN**, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, **1 од., поліклінічне відділення, рентген-кабінет, перший поверх;**

Начальник Західної інспекції

Оксана ДЖУРАНЮК



- 4) система рентгенівська діагностична мобільна **МАС**, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, **1 од., реанімаційне відділення, перший поверх;**
- 5) мобільна рентгенівська система **JADE-40**, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, **1 од., стаціонарне відділення, другий поверх;**
- 6) мобільна рентген система **IMAX 101A**, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, **2 од., стаціонарне відділення;**
- 7) мобільна рентген система **IMAX 1010V**, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, **1 од., стаціонарне відділення;**
- 8) комп'ютерний томограф **Aquilion Prime SP 160-зрізовий TSX B/1C**, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ, **1 од., стаціонарне відділення, перший поверх.**

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: **експлуатація, зберігання.**

- 2.1.2. **Місце провадження діяльності: амбулаторно-поліклінічне відділення з лікування хворих на туберкульоз Центру легеневого здоров'я (80100, Львівська обл., місто Червоноград, ВУЛИЦЯ ЛЕМКІВСЬКА, будинок 56):**

- 1) комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний **Рентген-40**, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, **1 од., рентген-кабінет, перший поверх.**

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: **експлуатація, зберігання.**

- 2.1.3. **Місце провадження діяльності: Центр легеневого здоров'я (79066, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 477) та об'єкти Замовників на території Львівської області:**

- 1) комплекс рентгенівський діагностичний **КРД-50 INDiascan-01** встановлений на шасі транспортного засобу Volkswagen Crafter 35 модель Kasten LR HD, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ, 1 од.

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: **експлуатація, зберігання.».**

**Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**

14 січня 2023 року



Олег КОРИКОВ

Зміна № 3

1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про внесення змін до ліцензії:

- 1.1. Заява (вх. Держатомрегулювання від 04.10.2023 № Л 1004) та подані разом з нею документи.
- 1.2. Декларації про провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії (вх. Держатомрегулювання від 30.06.2023 № 307 ДК, від 16.08.2023 № 390 ДК).
- 1.3. Наказ Держатомрегулювання від 30.11.2023 № 613.

2. Зміни, що вносяться до ліцензії:

- 2.1. На титульному аркуші:

у графі «Видана» місцезнаходження юридичної особи викласти в такій редакції:

«81150, Львівська обл., Львівський р-н, село Виннички, вул. Медична, будинок 2»;

графу «Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії» виключити.

2.2. Розділ 2 викласти у такій редакції:

«Розділ 2. Умови провадження діяльності

2.1. Цією ліцензією дозволяється використання генеруючих ДІВ у межах зазначених нижче параметрів:

2.1.1. Місце провадження діяльності: Центр легеневого здоров'я (81150, Львівська обл., Львівський р-н, село Виннички, вул. Медична, будинок 2):

- 1) система рентгенівська діагностична **HF 51** з системою цифрової радіографії, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, **1 од., стаціонарне відділення, рентген-кабінет, другий поверх;**
- 2) система флюороскопічна/радіографічна **APOLLO EZ DRF**, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, **1 од., стаціонарне відділення, рентген-кабінет, другий поверх;**
- 3) рентгенографічна система **MOVIPLAN**, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, **1 од., поліклінічне відділення, рентген-кабінет, перший поверх;**
- 4) система рентгенівська діагностична мобільна **MAC**, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, **1 од., реанімаційне відділення, перший поверх;**
- 5) мобільна рентгенівська система **JADE-40**, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, **1 од., стаціонарне відділення, другий поверх;**
- 6) мобільна рентген система **IMAX 101A**, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, **2 од., стаціонарне відділення;**
- 7) мобільна рентген система **IMAX 1010V**, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, **1 од., стаціонарне відділення;**
- 8) комп'ютерний томограф **Aquilion Prime SP 160-зрізовий TSX B/1C**, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ, **1 од., стаціонарне відділення, перший поверх;**
- 9) цифровий портативний рентгенографічний апарат **FDR Xair (XD 2000)**, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ, **1 од., відділення реконструктивної ортопедії та травматології, третій поверх.**

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: експлуатація, зберігання.

2.1.2. Місце провадження діяльності: Центр легеневого здоров'я (81150, Львівська обл., Львівський р-н, село Виннички, вул. Медична, будинок 2) та об'єкти Замовників на території Львівської області:

- 1) комплекс рентгенівський діагностичний **KPD-50 INDIsCAN-01** встановлений на шасі транспортного засобу Volkswagen Crafter 35, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ, **2 од.**

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: експлуатація, зберігання.»

**Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**

Олег КОРІКОВ

30 листопада 2023 року

Начальник Західної інспекції

Оксана ДЖУРАНЮК